



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อน้ำยาตรวจอิเล็กโตรไลต์ในเลือดชนิด Extralyte Reagent A ๕๐๐
บรรจุขวดละ ๕๐๐ มล. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื่อน้ำยาตรวจอิเล็กโตรไลต์ในเลือดชนิด Extralyte Reagent A ๕๐๐ บรรจุขวดละ ๕๐๐ มล. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื่อน้ำยาตรวจอิเล็กโตรไลต์ในเลือดชนิด Extralyte Reagent A ๕๐๐ บรรจุขวดละ ๕๐๐ มล.
จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. -

(นายไสว เขียวจันทร์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาตรวจระดับอิเล็กโทรไลต์ชนิด Extralyte Reagent A/ STANDARD A

1. น้ำยาดราหาโซเดียม, โพตัสเซียม, คลอไรด์ (STANDARD A / Extralyte Reagent A)

น้ำยาใช้สำหรับตรวจหาปริมาณ โซเดียม โพตัสเซียม คลอไรด์ โดยวิธี Direct ISE ในตัวอย่าง ซีรัม พลาสมา ปัสสาวะ

ขนาดบรรจุ 500 มล.

วิธีการตรวจ

วิธีการตรวจแบบ Direct ISE อุณหภูมิ 20 -25 องศา. หรือ 37 องศา ชนิดตัวอย่างแบบซีรัม ปัสสาวะ (เจือจาง)

ส่วนประกอบน้ำยา

ส่วนประกอบ

โซเดียม

โพตัสเซียม

คลอไรด์

บัฟเฟอร์

ความเข้มข้น

140 มิลลิโมล/ลิตร

4 มิลลิโมล/ลิตร

100 มิลลิโมล/ลิตร

วิธีการเตรียมน้ำยา

น้ำยาพร้อมใช้งาน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-25 องศาเซลเซียส อายุการใช้งานระบุวันหมดอายุข้างขวด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นายแพทย์จักกฤษณ์ ป้อมเพชร)

นายแพทย์ชำนาญการ

(นางสาวจงจิตร แดงขาว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

(นางสาวอารีรัตน์ จันทร์แดง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ