



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา เพื่อใช้ทำหัตถการให้กับผู้ป่วย
จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา เพื่อใช้ทำหัตถการให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๕ ศูนย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา เพื่อให้ทำหัตถการกับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินศิริเมดิเทค (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๘๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไสว เขียวจันทร์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

คุณลักษณะ

ถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง (เบอร์ XS, S, M, L)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ผิวไม่เรียบบางส่วนหรือทั้งหมด
เบอร์ XS,S,M,L (Disposable Glove Size) Non-sterile

2. ลักษณะทั่วไป

- 2.1 ถุงมือสำหรับตรวจโรค เมื่อตรวจพินิจต้องปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอม ในเนื้อยาง ขอบถุงมือยางต้องไม่มีวนกลับขณะใช้งาน
- 2.2 สารที่ช่วยหล่อลื่นในการสวมใส่ให้เป็นไปตาม USP ฉบับตีพิมพ์ครั้งสุดท้ายในหัวข้อ Absorbable Dusting Power หรือ สารอื่นที่สามารถพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยแสดงเอกสารรับรอง
- 2.3 การเจือสี ที่ใช้ต้องมีความปลอดภัย
- 2.4 การแต่งกลิ่นที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษและไม่ทำให้อายุการใช้งานของถุงมือยางลดลง

3. ขนาดและมิติ

ขนาด	ความกว้างฝ่ามือ (มิลลิเมตร)	ความยาวต่ำสุด (มิลลิเมตร)	ความหนา (ชั้นเดียว) ต่ำสุด (มิลลิเมตร) ชนิดผิวหยาบที่ปลายนิ้ว
XS	70 ± 10	240	0.11
S	80 ± 10	240	0.11
M	95 ± 10	240	0.11
L	110 ± 10	240	0.11

4. ผ่านการทดสอบการรั่วซึม เมื่อทดสอบตาม ASTM D 5151 ฉบับตีพิมพ์ครั้งสุดท้าย โดยแสดงเอกสารรับรองการทดสอบ
5. ผ่านการทดสอบการรั่วซึม เมื่อทดสอบตาม ASTM D 5151 ฉบับตีพิมพ์ครั้งสุดท้าย โดยแสดงเอกสารรับรองการทดสอบ
6. ผ่านการรับรองมาตรฐานและข้อกำหนดเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง (มอก.1056-2556) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นขอ
7. มีเอกสารรับรองการได้รับมาตรฐาน GMP, ISO9001, ISO13485 (Quality management system for medical device) และ ISO22000 (Food Safety Management System for Production of natural latex and nitrile gloves for food contact) โดยนำมาแสดงในวันที่ยื่นขอ
8. ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด โดยแสดงเอกสารรับรองการทดสอบ

ก่อนการปมเร่ง		หลังการปมเร่ง	
ความต้านแรงดึง (เมกะพาสคัล)	ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ความต้านแรงดึง (เมกะพาสคัล)	ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)
ไม่น้อยกว่า 21	ไม่น้อยกว่า 650	ไม่น้อยกว่า 16	ไม่น้อยกว่า 500

นายโชคชัย เหล่าอริยะ

เภสัชกรชำนาญการ

นางปิยะนาถ ลักษณะวิลาศ

นางสุทธินาถ ศรีสวัสดิ์

นางกรรณิกา ศรีศิลป์

นางฉนวนวรรณ อุดรนาถ

เจ้าพนักงานธุรการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

๙. การบรรจุ

9.1 ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่บ่งชี้แหล่งที่มาและการเก็บรักษาในภาชนะปกติ

9.2 การบรรจุ 1 กล่องไม่น้อยกว่า 50 คู่

๑๐. การแสดงฉลาก

ให้ภาชนะบรรจุต้องมีฉลากภาษาไทยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

10.1 ชื่อการค้า

10.2 ชื่อความว่า "ถุงมือสำหรับการตรวจโรค"

10.3 ชื่อความว่า "ไม่ปราศจากเชื้อ"

10.4 ชื่อความว่า "ผิวไม่เรียบ"

10.5 ชื่อความว่า "มีแป้ง"

10.6 ขนาดของถุงมือ

10.7 วัสดุที่ใช้

10.8 ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าแล้วแต่กรณี ในกรณีเป็นผู้นำเข้า ให้แสดงชื่อสถานที่ผลิต เมืองและประเทศที่ผลิตถุงมือสำหรับตรวจโรคนั้นด้วย

10.9 จำนวนถุงมือที่บรรจุ

10.10 เลขที่ หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

10.11 เดือนปี หรือ ปี เดือนที่ผลิต ให้แสดงปีด้วยเลข 4 ตัว

10.12 เดือนปี หรือ ปี เดือนที่หมดอายุ ให้แสดงปีด้วยเลข 4 ตัว

10.13 คำแนะนำการใช้ และวิธีการเก็บรักษา

10.14 คำเตือนให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ทำจากน้ำยางธรรมชาติ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน กรณีถุงมือทำจากน้ำยางธรรมชาติ

10.15 ชื่อความว่า "ใช้ได้ครั้งเดียว" แสดงด้วยตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจน

10.16 เวชภัณฑ์ที่จะส่งต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

ลำน้ําถูกต้อง

นายโชคชัย เหล่าอริยะ
เภสัชกรชำนาญการ

นางปิยะนาถ ลักษณะวิลาศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสุทธานิ ศรีสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกรรณิกา ศรีศิลป์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางธมนวรรณ อุตรนาค

เจ้าพนักงานธุรการ

คุณลักษณะ พลาสเตอร์ใยกระดาษ

ชื่อสามัญ :

เทปกระดาษทางการแพทย์ (Paper Surgical Tape)

คุณลักษณะทั่วไป :

เทปกระดาษ ที่มีความอ่อนโยนกับผิวหนัง และเคลือบกาวทางการแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเทปที่มีความอ่อนโยนกับผิวหนัง
2. ระบายอากาศได้ดี
3. ยึดติดดีแม้บนผิวที่มีความชื้น
4. ปรับโค้งแนบกับผิวหนังได้ดี
5. เคลือบกาวอ่อนโยนทางการแพทย์
6. Latex free

ข้อบ่งใช้ :

ใช้เพื่อยึดตรึงท่ออุปกรณ์น้ำหนักรักษาทางการแพทย์และ/หรือวัสดุทางการแพทย์กับผิวหนัง

ขนาดบรรจุ

- 1/2" * 10 Yds, 24 Rolls/Box, 10 Boxes/Case
- 1" * 10 Yds, 12 Rolls/Box, 10 Boxes/Case

อายุของผลิตภัณฑ์ :

5 ปี นับจากวันผลิต มีวันหมดอายุและ Lot no. การผลิตบนกล่อง



นางปิยะนาถ ลักษณะวิลาส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



นางสุทธินาถ ศรีสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



นางกรรณิกา ศรีศิลป์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



นางอมนวรรณ อุดรนาค
เจ้าพนักงานธุรการ