



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับแยกเม็ดเลือดระบบกล สำหรับตรวจวิเคราะห์ในงานโลหิตวิทยา ประจำห้องปฏิบัติงานของแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องนับแยกเม็ดเลือดระบบกล สำหรับตรวจวิเคราะห์ในงานโลหิตวิทยาประจำห้องปฏิบัติงานของแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เครื่องนับแยกเม็ดเลือดระบบกล สำหรับตรวจวิเคราะห์ในงานโลหิตวิทยาประจำห้องปฏิบัติงานของแพทย์ งานชั้นสูตรมาตรฐานสูง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.พี.เอส.เมดิเทค (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแนบท้าย

คุณลักษณะเครื่องกดนับแยกเม็ดเลือดระบบกล

1. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. จอแสดงผลเป็นแบบ Alpha-Numeric LCD ขนาด 20 ตัวอักษร 2 บรรทัด แบบมุกกว้าง พร้อมมีแสงสว่างในตัว
3. ปุ่มกดนับเป็น “ soft touch ” แบบเดียวกับแป้นพิมพ์ คอมพิวเตอร์
4. ปุ่มสำหรับกดนับมีทั้งหมด 12 ปุ่ม โดยใช้ปุ่มรวม (total) จำนวน 10 ปุ่ม และอีก 2 ปุ่มจะไม่นับรวมกับจำนวน Total เพื่อใช้นับเซลล์ NRBC และเซลล์อื่นที่ต้องการนับแยกแบบ NRBC
5. สามารถเลือกโหมดการแสดงผลเป็นจำนวนนับ หรือแบบเปอร์เซ็นต์ ได้ โดยในโหมดเปอร์เซ็นต์เครื่องจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ ให้ทุกครั้งการกด
6. มีปุ่มฟังก์ชันสำหรับกดนับจำนวนได้ในกรณีที่กดนับผิด โดยสามารถกดลบจำนวนแยกอิสระได้ทุกปุ่ม
7. มีเสียงตอบสนองทุกครั้งที่มีการกด
8. มีเสียงเตือนยาวพิเศษเมื่อนับครบ 100 เซลล์และทุกๆ 100 เซลล์ที่เพิ่มขึ้น
9. มีระบบตรวจสอบการกดปุ่มค้างไว้เพื่อป้องกันการกดซ้ำโดยไม่ตั้งใจ
10. มีปุ่มเฉพาะสำหรับกดเพื่อเริ่มการนับรายใหม่
11. แต่ละปุ่มสามารถนับได้ 999 เซลล์ โดยที่จำนวนนับได้สูงสุด 9,990 เซลล์
12. สามารถตั้งหมายเลขของแต่ละราย (ID) ได้ โดยผู้ใช้สามารถใส่หมายเลขหรือแก้ไขได้
13. เมื่อกดปุ่ม clear เพื่อเริ่มนับรายใหม่เครื่องจะนับหมายเลข ID เพิ่มให้ทีละหนึ่ง โดยอัตโนมัติ
14. มีฟังก์ชันสำหรับการคำนวณ WBC correction โดยอัตโนมัติ โดยใส่ค่า WBC Count ได้ 7 หลัก
15. ใช้ไฟจาก Adapter DC 9 volt
16. คู่มือการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด
17. รับประกันคุณภาพ 1 ปี




(นายแพทย์ธามน เต็มสงสัย)

นายแพทย์ชำนาญการ



(นางสาวจงจิตร แดงขาว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



(นางสาวอารีรัตน์ จันทรแดง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ