



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามคำสั่งแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื่อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามคำสั่งแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

น้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามคำสั่งแพทย์ จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส.เมดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๕๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไสว เขียวจันทร์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแนบท้าย

คุณลักษณะ นวัตกรรมทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะ
1.	น้ำยาISE calibrator	1.เป็นน้ำยาลำหรับตรวจวัดปริมาณ Electrolyte (Na,K และ Cl) ใน Human Serum, Plasma โดยหลักการ Ion Selective Electrodes (ISE) เป็นน้ำยาที่มีขีดความสามารถในการตรวจวัด (Linearity) ใน Serum ดังนั้นเมื่อใช้งานประกอบกับระบบ Ion Selective Electrodes Na 100-200 mmol/L K 2.0-10.0 mmol/L Cl 60-150 mmol/L 2.เป็นน้ำยาแบบ Liquid, Single Reagent พร้อมใช้งานโดยมี Stability 3.หลังจากเปิดใช้งานไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ บนเครื่องตรวจ
2.	น้ำยาISE calibrator 2 & 3	1.เป็นน้ำยาลำหรับตรวจวัดปริมาณ Electrolyte (Na,K และ Cl) ใน Human Serum, Plasma โดยหลักการ Ion Selective Electrodes (ISE) เป็นส่วนประกอบของ NaCl, CH₃COONa, KCl, CaCl₂, MgCl₂, LiCl, Buffer และ Preservative 2.เป็น น้ำยาแบบ Liquid, Single Reagent พร้อมใช้งานโดยมี
3.	น้ำยา Co2	1.เป็นน้ำยาลำหรับตรวจวัดปริมาณ CO₂ ใน Serum, Plasma โดยหลักการ Enzymatic(PEPC) ที่ความยาวคลื่น 400-420 nm, 2.มีความสามารถในการตรวจวัดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์ได้สูงถึง 40 mmol/L เป็นอย่างน้อย และสามารถวัดค่าได้ต่ำสุดถึง 1.0 mmol/L, 3.เป็นน้ำยาแบบ Single Reagent พร้อมใช้งาน โดยมี Stability ไม่น้อยกว่า 21 วัน บนเครื่องตรวจวิเคราะห์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นายแพทย์จักษุพงษ์ ป้อมเพชร)
นายแพทย์ชำนาญการ

๙๕ ๒

(นางสาวจิงจิตร แดงขาว)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๙๕ ๒ ๒๕๖๓
(นางสาวอารีรัตน์ จันทร์แดง)
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้าย

คุณลักษณะ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 4 รายการ

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะ
4.	น้ำยาWashfluid	1.ใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ 2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค : มีส่วนประกอบของ Hydrochlorid acid 1 - <2 % และ 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 0.0005 - <0.0015% 3.เป็นน้ำยาแบบ Liquid single reagent พร้อมใช้งานโดยมี Stability หลังจากเปิดใช้งาน 30 วัน เมื่ออยู่ในเครื่องเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นายแพทย์จักษุภัณฑ์ ป้อมเพชร)

นายแพทย์ชำนาญการ

(นางสาวจงจิตร แดงขาว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

(นางสาวอารีรัตน์ จันทร์แดง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ